indusbello
inovação para uma vida saudável

Autoclavável em até 135º C

Linha Odontológica

Consultar Instruções de Utilização

Não Estéril

Manter Afastado da Luz do Sol

Manter Seco

Prendedor de Babador

- Em 2 modelos: Fio & Espiral
- Diversas cores
- Excelente travamento dos prendedores
- Fixam até os mais finos babadores

PRENDEDOR DE BABADOR: Utilizado para prender guardanapo, babador de pano, papel ou plástico durante os procedimentos clínicos.

INDICAÇÃO: Utilizado como suporte de apoio, acondicionamento e limpeza mecânica de limas endodônticas manuais e rotatórias durante todas as fases do tratamento de canal.

INSTRUÇÕES DE USO: Aperte os prendedores para que eles se abram e prenda-os em dois cantos da superfície utilizada para que este se mantenha em posição no paciente durante o tratamento.

LIMPEZA: A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando sabão enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

DESINFECÇÃO: Utilizar solução de ácido peracético a 0,2% por dez minutos.

ESTERILIZAÇÃO: Deverá ser feita através de autoclave, com temperatura de 121ºC a 135ºC, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

ACONDICIONAMENTO: Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

COMPOSIÇÃO: Metal e silicone.

PRECAUÇÃO: Esterilizar antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

Código	Descrição	Apresentação	Registro na ANVISA
108552102201	*Prendedor de Babador Fio Branco*	*1 unidade*	*I80213429006*
108552102202	*Prendedor de Babador Fio Amarelo*	*1 unidade*	
108552102203	*Prendedor de Babador Fio Vermelho*	*1 unidade*	
108552102204	*Prendedor de Babador Fio Azul*	*1 unidade*	
108552102205	*Prendedor de Babador Fio Verde*	*1 unidade*	
108552102206	*Prendedor de Babador Fio Rosa*	*1 unidade*	
108552102207	*Prendedor de Babador Fio Lilás*	*1 unidade*	
108552102212	*Prendedor de Babador Espiral Branco*	*1 unidade*	
108552102213	*Prendedor de Babador Espiral Verde*	*1 unidade*	
108552102214	*Prendedor de Babador Espiral Azul*	*1 unidade*	
108552102215	*Prendedor de Babador Espiral Amarelo*	*1 unidade*	
108552102216	*Prendedor de Babador Espiral Vermelho*	*1 unidade*	

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 **+55 (43) 3378-8300**

R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná

Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397

Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645

Indústria Brasileira